

TEILNAHMEZERTIFIKAT

Ringversuch zur Eignungsprüfung

RVEP 15166 Dynamisch-mechanische Analyse
ISO 6721-5

Der Teilnehmer

Innovent e.V.
Technologieentwicklung
Prüssingstr. 27 B
7745 Jena
GERMANY

hat an oben genanntem Ringversuch mit der
Laborcode-Nummer: **362**

mit Erfolg

teilgenommen.

Detaillierte Informationen finden Sie in dem entsprechenden Abschlußbericht.

Lüdenscheid, 15. September 2015



Thorsten Helbig, M.Eng.

Beurteilung:

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse kleiner als 2 oder gleich 2 ist, und die einzelnen z'-score kleiner als 2 oder gleich 2 sind, erhalten Sie die Bewertung: „...**mit großem Erfolg teilgenommen**“

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse kleiner als 2 oder gleich 2 ist, und einzelne z'-score größer als 2 sind, erhalten Sie die Bewertung: „...**mit Erfolg teilgenommen**“

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten Ergebnisse größer als 2 ist, erhalten Sie die Bewertung: „...**teilgenommen**“